


-----CONSTE que se sustituye el Art.1ro. de la Disposición A.N.M.A.T. Nro. 1079/02, el
que quedara redactado de la siguiente manera: Autorízase la venta a laboratorios de análisis
clínicos de los productos de diagnóstico de uso profesional in vitro denominado CHLAMY-CHECK
formato STRIP/ ENSAYO DIRECTO BASADO EN UN INMUNOENSAYO INMUNOCROMATOGRAFICO PARA LA DETEC-
CIÓN VISUAL DE ANTIGENO DE CHLAMYDIA EN MUESTRAS ENDOCERVICALES, URETRALES y ORINA MASCULINA,
AUXILIAR EN EL DIAGNOSTICO DE INFECCIONES por CHLAMYDIA, que sera elaborado por VEDALAB - RUE
DE L' Expansion - ZAT du Londeau - CERISE - B.P 181-61006 ALENCON-CEDEX/FRANCIA e importado
y acondicionado terminado por IRAOLA & CIA S.A. a expenderse en envases por Kit para realizar
10, 20, 30, 50 o 100 ensayos conteniendo: SOLUCION de extraccion: 1 frasco gotero conteniendo azida
sódica 0.05 ±:1 x 10 ml, 2 x 10 ml, 3 x 10 ml, 10 x 10 ml, 10, 20, 30, 50, o 100 tiras reactivas
strip. 10, 20, 30, 50, o 100 hisopos.- 10, 20, 30, 50, o 100 tubos de extraccion. 1 manual de ins-
trucciones.-EXP.N:1-47-2535/01-1 y 1-47-4133/02-9 - DISP.N:4193/02 del 6-9-02.-
BUENOS AIRES, 13 de Noviembre del 2002.-

F.Q.



Dr. RODOLFO GONZALEZ VARELA
Jefe Dto. Evaluación Técnico Farmacéutico
A. N. S. A. I.

---AUTORIZÁSE a la firma IRAOLA y CIA SA, la **ampliación de vida útil** del producto de Reactivo de